

**Désignation / Designation**

PINCE D'EXTRACTION DE STERILET / IUD EXTRACTION FORCEPS


**Référence / Reference**

PS3570025

<b>Fabricant / Manufacturer</b> Prince Medical 64 rue Gutenberg ZA La Sente Du Moulin 60530 ERCUIS	<b>Référentiels / Referential</b> Organisme notifié / Notified Body N° de certificat / Certificate N° Validité / Validity	<b>ISO 9001 : 2008- NF EN ISO 13485 :2012</b> Gmed -0459 8565 / 10229 30/12/2017
--	--	---

**Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux / Principal components and nature of the materials**

- Polyamide / Polyamid


**Utilisation / Use**

La pince d'extraction est utilisée pour retirer un stérilet / The extraction forceps is used to remove the IUD.

**Présence de Latex / Contains Latex : Non / No**

Usage unique / Single use	Oui / Yes
Stérile / Sterile	Oui / Yes
Mode de stérilisation / Sterilization method	Oxyde d'éthylène / Ethylene oxide
Péremption / Expiration	3 ans / 3 years

<b>Marquage CE / CE marking</b> Classe / Class Organisme notifié / Notified Body Attestation / Attestation Validité / Validity	I Stérile / I Sterile Gmed - 0459 n°26672 30/12/2017
--	---

**Conditionnement / Packaging**

Boite de 20 unités en emballage individuel stérile / Box of 20 units in individual sterile packaging